

市町村間相互乗入れ制度の参加基準について

R5.11.16

長野県健康福祉部 保健・疾病対策課

- ◆ 令和7年度から参加基準を設ける。
- ◆ 参加基準は下記①～③をすべて満たすこと。
 - ① 乳房エックス線撮影における線量及び写真またはモニタの画質について、日本乳がん検診精度管理中央機構（旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会、以下、精度管理中央機構）の行う施設画像評価を受け、AまたはBの評価を受けている。
 - ② 撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会（マンモグラフィ講習会）を修了し、その評価試験でAまたはBの評価を受けている。
 - ③ 読影は二重読影を行い、読影に従事する医師はどちらも精度管理中央機構のマンモグラフィ読影講習会を修了し、その評価試験でAまたはBの評価を受けている。
- ◆ 上記について、医師会の小委員会承認済み。

子宮頸がん検診

- ◆ 子宮頸がん検診については、チェックリストの実施率が良く、低い項目が限られているため、現時点では基準を設けないこととする。