

ボンベ残量アラート装置 e-アラート

【会社概要】

社名	株式会社ユタカ
所在地	松本市和田南西原4010-12
代表者	代表取締役社長 豊川 和顯
URL	http://www.yutaka-crown.com

ボンベ残量アラート装置とは

本製品は、ボンベに充填された圧力が低下するとブザー及びランプ点滅によりガス量の低下を知らせる警報装置です。

エクセレンス(優れている点)

本製品を使用することにより残量不足に気付かず使用中にボンベが空になる等のリスクを大幅に低減できます。ボンベと圧力調整器等の間に接続して使用するタイプとなっており、各社の圧力調整器に接続可能な為、圧力調整器を新規購入すること無く最低限の費用で導入することができます。


また、消費電力を抑えランニングコストにも配慮した設計となっており、単四乾電池2本で2年以上使用可能です。



(ヨーク式タイプ)

(ねじ式タイプ)

MYシリーズ



医療現場での使用例